

江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	产品名称	被抽样单位	标示生产企业	型号规格	生产日期/批号/ 出厂编号	抽样单位	检验单位	检验结果	不合格项目	备注
1	医用防护口罩	贵溪市春天大药房	新乡市汉方本草健康科技有限公司	无菌挂耳折叠形	2022年 12月 16日 /22510104 /	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	
2	远红外贴	樟树市德源医疗器械有限公司	郑州市中原福力工贸有限公司	大贴： 130mm×160mm/贴/ 袋×2袋+中贴：	20221102/20221102 12/	宜春市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	大贴和中贴均检出水杨酸甲酯	
3	远红外理疗贴	兴国县医药总公司	济南尚润通达复合材料有限公司	SR-B关节理疗型， 70mm×100mm（全尺寸，无内外径之	2022/10/25/20221025 09/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
4	远红外磁疗贴	瑞昌市人民医院	湖北博康医药科技有限公司	A型/110mm*90mm	20230406/20230402/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
5	医用一次性防护服	景德镇市三三五医院	湖南迈康医疗器械有限公司	连体式/180cm	2022年10月9日 /20221009/	景德镇市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌	
6	远红外治疗贴	峡江县好医生大药房	河南康迪药械有限公司	70mm×100mm×5贴/盒	20220602/20220602/	吉安市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出双氯芬酸钠	
7	医用防护口罩	吉安市昌盛大药房连锁有限公司吉水田馨花园店	河南圣士康医疗器械有限公司	折叠挂耳型	2022年10月21日 /F2022102102/	吉安市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	过滤效率, 密合性	否认生产
8	永磁跌打止痛贴	江西同杏大药房连锁有限公司峡江店	贵州苗老爹民本医疗器械有限责任公司	型号规格： 90mm×120mm	20211008/20211004/	吉安市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
9	医用防护口罩	江西省百家康贸易有限公司	山东康尔泰防护用品有限公司	B型立体型耳挂式 无菌型	2022. 11. 28/20221128/	余干县市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	过滤效率, 密合性	
10	医用外科口罩	江西省大余县人民医院	南昌健鹏医用器材有限公司	长方形（B耳挂式）17cm×17cm	20221118/20221118/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带, 压力差（ Δp ）	
11	N95医用防护口罩	抚州市春蕾平价大药房有限公司	洛阳春都医疗用品有限公司	型号：无菌折叠型耳挂式 规格： 11cm×16.5cm	2022年12月22日 /2022122205/	抚州市检验检测认证中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	

12	医用防护口罩	瑞昌市中医医院	湖南萧邦医疗器械有限公司	折叠型头戴式(灭菌型) 15.6cm×10.8cm	2022年03月20日 /XBPN2022032001 M/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	
13	医用防护口罩	铜鼓县妇幼保健院	河南博晨医疗器械有限公司	无菌折叠头戴型	2022年10月21日 /221002121/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	否认生产
14	远红外腰痛贴	大余县华联大药房有限公司步行街店	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2021.07.12/2021 0701/	赣州市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯、 酮洛芬	
15	远红外筋骨活络贴	寻乌县澄江镇永康药店	安徽金阳生物科技有限公司	7cm*10cm*6贴/袋	20221111/202211 01/	赣州市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
16	磁疗贴	德兴市人民医院	洛阳弘志堂生物科技有限公司	12cm✕9cm	2023/01/04/2023 0101/	江西省医疗器械检测中心	江西省医疗器械检测中心	不合格	添加物质, 添加物质	
17	医用防护口罩	寻乌县健民药房	河南吉合医疗器械有限公司	无菌折叠耳挂式	2022年10月29日 /2022102909/	赣州市市场监督管理局	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	否认生产
18	医用防护口罩	萍乡市洪健医疗器械有限公司安源分公司	河南省凯泰医疗器械有限公司	无菌折叠耳挂式	2022年10月05日 /22100506/	萍乡市食品药品检验所	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	否认生产