

附件 1

医疗器械召回事件报告表

提交：企业所在地省级食品药品监督管理部门器械注册/备案部门

产品名称	医用脱脂棉	注册证或备案 凭证编码	赣械注准 20182640027
生产企业名称	江西省华中纺化有限公司		
代理人名称	/		
召回单位负责人和联系方式， 经办人和联系方式	负责人：李国恒 联系电话：18979455499 经办人：胡军 联系电话：18979145837		
产品的适用范围	供医疗单位和家庭作敷料用。		
涉及地区和国家	中国	召回级别	三级
涉及产品生产（或进口 中国）批次、数量	批次：20220308 数量：2000 包	涉及产品 型号、规格	型号规格：50g/包
识别信息 （如批号）	生产批号：20220308	涉及产品在 中国的销售数量	2000 包
召回原因简述	该批产品抽检下沉时间不符合产品技术要求		
纠正行动简述（包括召回要 求和处理方式等）	1. 认真进行自查，查找不合格原因，制定整改措施并有效实施， 确保产品符合要求。 2. 通知客户将该批次产品全部召回，由行政部门依法依规进行处 置		

报告单位：（盖章）

负责人：（签字）李国恒

报告人：（签字）

报告日期：2023-12-28